



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۱۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۷۸	۷۷.۶۱	۳.۶۱	۰.۰۸	۰.۵%	جزئیات
۲	Urea	۲۷.۸	۲۶.۴۲	۵.۰۲	۰.۹۲	۵.۲۲%	جزئیات
۳	Uric Acid	۴.۷۵	۴.۸۲	۴.۱۵	-۰.۲۰	۱.۵۱%	جزئیات
۴	Creatinine	۰.۹۹	۱.۰۰	۷.۲۸	-۰.۰۹	۰.۸%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۰.۸۹	۰.۸۹	۸.۳۳	-۰.۰۱	۰.۱۱%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۲۲	۰.۲۶	۱۸.۹۲	-۰.۸۴	۱۶.۳۵%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۷۰	۱۶۹.۸۱	۳.۴۷	۰.۰۲	۰.۱۱%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۱۲.۵	۱۱۱.۲۱	۲.۷۹	۰.۱۵	۱.۱۶%	جزئیات
۹	HDL	۴۸	۴۸.۴۴	۵.۰۴	-۰.۰۸	۰.۹۱%	جزئیات
۱۰	LDL	۱۰۱	۱۰۱.۸۰	۶.۱۱	-۰.۰۵	۰.۷۹%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۳	۴.۲۵	۳.۹۵	۰.۱۹	۱.۱۵%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۶	۶.۷۰	۳.۸۹	-۰.۳۰	۱.۵۲%	جزئیات
۱۳	ALP	۸۷	۸۶.۳۹	۷.۵۵	۰.۰۵	۰.۷%	جزئیات
۱۴	AST	۳۶	۳۷.۱۳	۵.۸۵	-۰.۳۰	۳.۰۵%	جزئیات
۱۵	ALT	۴۰	۳۹.۶۳	۴.۶۴	۰.۰۹	۰.۹۴%	جزئیات
۱۶	CPK	۸۰	۸۲.۴۱	۹.۴	-۰.۲۰	۲.۹۳%	جزئیات
۱۷	LDH	۱۴۴	۱۴۳.۹۷	۳.۱۸	۰.۰۰	۰.۰۲%	جزئیات
۱۸	Amylase	۹۸	۹۶.۵۸	۳.۸۴	۰.۱۳	۱.۴۷%	جزئیات
۱۹	Lipase	۴۰	۴۶.۲۶	۱۱.۲۳	-۰.۷۵	۱۳.۵۴%	جزئیات
۲۰	GGT	۳۶.۵	۳۵.۱۷	۱۱.۰۶	۰.۳۴	۳.۷۸%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۷۵	۸.۷۶	۲.۷۶	-۰.۰۳	۰.۱۶%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۳.۱	۳.۱۵	۴.۷۲	-۰.۲۲	۱.۷۱%	جزئیات
۲۳	Iron	۹۹	۱۰۰.۵۲	۵.۴۳	-۰.۱۳	۱.۵۱%	جزئیات
۲۴	UIBC	۲۴۰	۲۳۸.۲۵	۵.۴۱	۰.۰۵	۰.۷۳%	جزئیات
۲۵	TIBC	۳۳۹	NaN		00R	00R	جزئیات
۲۶	Transferin	۲۶۱	۲۷۹.۳۸	۷.۰۸	-۰.۴۴	۶.۵۸%	جزئیات
۲۷	Sodium	۱۳۷	۱۳۸.۹۹	۲.۱۲	-۰.۷۲	۱.۴۳%	جزئیات
۲۸	Potassium	۴.۲۲	۴.۳۱	۵.۱۳	-۰.۶۰	۲.۱۱%	جزئیات
۲۹	Lithium	۰.۸۵	۰.۸۹	۱۰.۷۱	-۰.۳۶	۳.۹۵%	جزئیات
۳۰	TF	۶.۸۵	۷.۰۶	۱۰.۰۹	-۰.۲۵	۲.۹۹%	جزئیات
۳۱	TSH	۱.۴۰	۱.۴۰	۱۱.۸۷	۰.۰۳	۰.۳۶%	جزئیات
۳۲	Total PSA	۰.۱۲	۰.۱۱	۱۷.۲۳	۰.۶۴	۶.۱۹%	جزئیات
۳۳	Ferritin	۲۱.۶۹	۲۱.۵۱	۲۷.۵۲	۰.۰۶	۰.۸۵%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول