



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۱۲۱

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Abbott	CL		Positive	HBs Ag
Negative	Abbott	CL		Negative	HCV Ab
Positive	Abbott	CL		Positive	HIV Ab

## توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲	۹۷	۱۲	۱	۴	Negative	
۷	۱۱۴۱	۱۲۸	۱۰۳	۱۳۲	Positive	HBs Ag
	۱۳		۱	۲	Suspicious	
۹	۱۲۰۳	۱۶۱	۱۲۲	۸۸	Negative	
	۱۰				Positive	HCV Ab
	۲				Suspicious	
	۳۴	۳	۲	۲	Negative	
۹	۱۱۹۹	۱۳۱	۱۱۶	۱۰۰	Positive	HIV Ab
				۱	Suspicious	