



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۱۲۸۰	زیست گستران	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰
۳	کومیس رایت	۱/۲۵۶۰	زیست گستران	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	ZME	۱/۱۲۸۰	زیست گستران	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

