



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلازما کنترل لتوفیلیزه

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۳۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۰۱	۱.۰۳	۳.۷۳	-۰.۲۴	۲.۱۳%	جزئیات
۲	PTT	۳۵.۹	۳۵.۶۹	۵.۶۱	۰.۰۷	۰.۵۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول