



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۲۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰



| # | Test | Your Result | Target | CV   | SDI   | %Dev  | جزئیات                 |
|---|------|-------------|--------|------|-------|-------|------------------------|
| ۱ | WBC  | ۱۲.۳۶۰      | ۱۱.۳۸  | ۵.۵۵ | ۱.۰۷  | ۸.۵۷% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲ | RBC  | ۳.۶۵        | ۳.۷۱   | ۲.۹۵ | -۰.۵۹ | ۱.۷۵% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۳ | Hb   | ۱۲۷         | ۱۲۶.۹۴ | ۱.۴  | ۰.۰۱  | ۰.۰۴% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۴ | Hct  | ۳۲          | ۳۲.۷۷  | ۴.۲۲ | -۰.۵۸ | ۲.۳۳% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۵ | MCV  | ۸۶.۶۰       | ۸۸.۲۰  | ۲.۷۷ | -۰.۴۵ | ۱.۸۲% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۶ | MCH  | ۳۵          | ۳۳.۹۶  | ۴.۰۵ | ۱.۰۲  | ۳.۰۷% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۷ | MCHC | ۴۰۲         | ۳۸۶.۷۶ | ۴.۱۸ | ۰.۹۹  | ۳.۹۴% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۸ | Plts | ۳۱۷         | ۳۳۳.۳۴ | ۵.۴۱ | -۰.۴۹ | ۴.۹%  | <a href="#">جزئیات</a> |

| $SDI \leq 0.99$ | $1 \leq SDI \leq 1.99$ | $2 \leq SDI \leq 2.99$ | $SDI \geq 3$ |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| حوب             | قابل قبول              | هشدار                  | غیرقابل قبول |